

Staatliche Betriebsgesellschaft für Umwelt und Landwirtschaft (BfUL)

Messstation Dommitzsch, Elbe - grafische Darstellung der Daten aus dem Jahr 2020

Messgrößen der Station

Messgröße (Kürzel)	Informationen zum Parameter
O2-G	Sauerstoffgehalt
O2-S	Sauerstoffsättigung
Tw	Wassertemperatur
pH	pH-Wert
Leitf	Leitfähigkeit
Trueb	Trübung
NO3-N	Nitratstickstoff
NH4-N	Ammoniumstickstoff
Meteorologie	Meteorologie

Hinweise:

28.01. bis 16.02.2020 Störung Leitfähigkeitsmessung

20.04. bis 17.05.2020 Ammonium- und AOV-Monitor außer Betrieb - coronabedingte Kapazitätseinschränkungen

14./15.06.2020 Stationsausfall durch Gewitter

14.06. bis 14.07.2020 Ausfall Trübungsmessgerät

26.06. bis 09.07.2020 Ausfall Nitratsonde

09./10.08.2020 Störung im Stationsbetrieb durch Pumpenausfall

21. bis 23.09.2020 Gerätestörung am Elektrodentopf









