

Staatliche Betriebsgesellschaft für Umwelt und Landwirtschaft (BfUL)

Messstation Görlitz, Lausitzer Neiße - grafische Darstellung der Daten aus dem Jahr 2020

Messgrößen der Station

Messgröße (Kürzel)	Informationen zum Parameter
O2-G	Sauerstoffgehalt
O2-S	Sauerstoffsättigung
Tw	Wassertemperatur
pH	pH-Wert
Leitf	Leitfähigkeit
Trueb	Trübung
NO3-N	Nitratstickstoff
NH4-N	Ammoniumstickstoff
Meteorologie	Meteorologie

Hinweise:

31.01. bis 03.02.2020 Gerätedefekt bei Sauerstoffmessung

20.04. bis 17.05.2020 Ammonium-Monitor außer Betrieb durch coronabedingte Kapazitätseinschränkungen

30.06. bis 02.07.2020 Gerätedefekt bei Leitfähigkeitsmessung

30.11. bis 03.12.2020 Pumpendefekt und Stationsstillstand durch Stromausfall

07./08.12.2020 Gerätedefekt bei pH-Wertmessung









